

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN
"CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UNA (1) UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN
EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"

CÓDIGO INTERNO: "AISEM/CD/DS/003/2024"

En la ciudad de La Paz, a horas 09:30 del día de hoy 23 de julio de 2024, en instalaciones de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM, ubicada en la Calle Víctor Sanjinés N°2678 Zona Sopocachi (Plaza España), Edificio Barcelona, de conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos de la convocatoria correspondiente al proceso de contratación y personal de la entidad se hicieron presentes para llevar a cabo la Reunión de Aclaración del proceso de contratación: **"CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UNA (1) UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA"**. La Reunión de Aclaración se desarrolló de la siguiente manera:

I. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación Directa (DBCD), hasta horas 17:00, del día 19 de julio de 2024, se recibieron consultas escritas de **un (1)** potencial proponente a través de correo electrónico institucional, de acuerdo al siguiente detalle:

POTENCIAL PROPONENTE: Centellas Chávez Luis Gregorio"
luisgregoriocentellas@gmail.com

| CONSULTAS | RESPUESTAS |
|--|---|
| Aclaración del acápite 34.2.1 inciso H), ya que la redacción no permite comprender | Se realizará la enmienda correspondiente. |
| En el punto 39, en equipo permanente y en equipo de acuerdo a requerimiento, indican ambos que se debe proveer camiones mixer. ¿No debería ser solo a requerimiento? | El equipo requerido para la ejecución de la obra deberá estar en el proyecto en tiempo que dure la ejecución de los ítems de hormigón armado. |
| ¿Es necesario las plantas de dosificación y laboratorios de forma permanente? | El equipo requerido para la ejecución de la obra deberá estar en el proyecto el tiempo que dure la ejecución de los ítems de hormigón armado. |

II. CONSULTAS EN SALA

POTENCIAL PROPONENTE: RENE ALVARO SOLARES RIVERA – ASOCIACION ACCIDENTAL BOMBORI

| CONSULTAS | RESPUESTAS |
|---|--|
| Habrà alguna actualización a los precios de los equipos para el equipamiento? | De acuerdo a la modalidad de contratación llave en mano el monto total del proyecto no podrá ser incrementado. |




Asimismo, la entidad convocante podrá ajustar el DBCD con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBCD (Cuando corresponda).

No existiendo más consultas, el Acto de Reunión de Aclaración concluyó a horas 09:54 del día 23 de julio de 2024 y en señal de conformidad, firmamos al pie del presente documento.

Por la AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO:


Ing. Williams Raul Vasquez Zubieta
PROFESIONAL EN
PRE-INVERSION E INVERSION
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO


Ing. Jorge Eduardo Saenz Loza
TÉCNICO EN CONTRATACIONES
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO




GESTIÓN CON RESULTADOS!


ACTA DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN DE REUNIÓN DE ACLARACION CONSTRUCCIÓN CON SU EQUIPAMIENTO DE UNA (1) UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

CÓDIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/03/2024

| Nº | Nombre(s) y Apellido(s) | Nombre de la Empresa | Correo electrónico de la Empresa | Firma |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | Rene Alvaro Solares Rivero | Asoc. Acc. Bombozi | renesolaresrivero@gmail.com | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |



Recibido 23-07-2024



 RENE ALVARO
SOLARES RIVAS
Ingeniero Civil
RNI 38.07