

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE SACABA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA (SOLOMON KLEIN)

CÓDIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/007/2024

En la ciudad de La Paz, a horas 10:00 del día de hoy 26 de agosto de 2024, en instalaciones de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM, ubicada en la Calle Víctor Sanjinés N° 2678 Zona Sopocachi (Plaza España), Edificio Barcelona, de conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos de la convocatoria correspondiente al proceso de contratación y personal de la entidad se hicieron presentes para llevar a cabo la Reunión de Aclaración del proceso de contratación: **"ADQUISICION EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE SACABA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA (SOLOMON KLEIN)"**. La Reunión de Aclaración se desarrolló de la siguiente manera:

I. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación Directa (DBCD), hasta horas 17:00, del día 22 de agosto de 2024, se recibieron consultas escritas de **cuatro (4) potenciales proponentes** al correo electrónico institucional consultas@aisem.com.bo y de manera física a través de ventanilla única de la AISEM, de acuerdo al siguiente detalle:

POTENCIAL PROPONENTE: HANSA LTDA

Las consultas escritas fueron remitidas al correo institucional de la AISEM en fecha 22/08/2024 a horas 16:15, desde el correo: dmaldonado@hansa.com.bo.

Asimismo, las consultas escritas fueron remitidas a través de ventanilla única de la AISEM mediante nota: S/N, con Hoja de Ruta E/2024-03551 en fecha 22/08/2024 a horas 16:42.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
2	Mesa quirúrgica	Punto 6: Con batería de respaldo integrada de 3 o más horas de funcionamiento. Consulta: Solicitamos formalmente puedan expresar el requisito también en términos de cantidad de operaciones promedio, puesto que la duración de la batería de algunas marcas no disminuye con el tiempo, sino con el uso y posicionamiento de la mesa durante la cirugía. Solicitamos incorporen lo mencionado, de la siguiente forma: "Con batería de respaldo integrada de 3 o más horas de funcionamiento o un promedio de 100 operaciones o más". Con este cambio puede mejorarse la capacidad de funcionamiento solicitada, y el requerimiento se explica con una diferente nomenclatura para ampliar la participación.	Se aclara que no se acepta la solicitud, debido a que se debe garantizar un tiempo de 3 horas de funcionamiento del equipo en el quirófano por lo que no se cuenta con la referencia de operaciones promedio.
2	Mesa quirúrgica	Punto 1: Longitud de la mesa de 2000 mm o mayor. Consulta: Solicitamos formalmente la ampliación del rango indicado, de la siguiente manera: "Longitud de la mesa de	Se considera la solicitud y se realizara la enmienda con la siguiente redacción: "Longitud

