

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN, MORGUE Y LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO (FRAY QUEBRACHO) DEL MUNICIPIO DE YACUIBA

CÓDIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/009/2024

En la ciudad de La Paz, a horas 10:00 del día de hoy 26 de septiembre de 2024, en instalaciones de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM, ubicada en la Calle Víctor Sanjinés N° 2678 Zona Sopocachi (Plaza España), Edificio Barcelona, de conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos de la convocatoria correspondiente al proceso de contratación y personal de la entidad se hicieron presentes para llevar a cabo la Reunión de Aclaración del proceso de contratación: **“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN, MORGUE Y LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO (FRAY QUEBRACHO) DEL MUNICIPIO DE YACUIBA”**. La Reunión de Aclaración se desarrolló de la siguiente manera:

I. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación Directa (DBCD), hasta horas 17:00, del día 24 de agosto de 2024, se recibieron consultas escritas de **tres (3) potenciales proponentes** únicamente al correo electrónico institucional consultas@aisem.com.bo, de acuerdo al siguiente detalle:

POTENCIAL PROPONENTE: EQUIPOS Y SERVICIOS CISE S.R.L.

Las consultas escritas fueron remitidas al correo institucional de la AISEM en fecha 24/09/2024 a horas 17:13, desde el correo: licitaciones@cise.com.bo.

ÍTEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
Ítem N° 2: Cámara de Conservación de Cadáveres	1. ¿A qué se refiere con sistema modular?	Se aclara que el sistema modular hace referencia a que a futuro se pueda reacomodar o añadir módulos adicionales, es por ello que la refrigeración es independiente.
	2. ¿Indica sistema modular, eso significa que requieren sistema frigorífico independiente para cada cuerpo? ¿Entonces serian 6 sistemas frigoríficos y 6 motores?	Se aclara que el sistema modular debe almacenar en cada módulo un cuerpo el cual debe contar con control independiente de refrigeración.
	3. Indica Panel frontal y puertas fabricados en acero inoxidable, ¿la cámara ira recubierta en la parte interna como externa en acero inoxidable?	Se aclara que toda la estructura tanto interna como externa debe ser fabricado en acero inoxidable
	4. Indicar como es la camilla con tapa para traslado a morgue	Se aclara que una camilla con tapa es la que cubre el cuerpo en su totalidad del ambiente externo.