

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN, MORGUE Y LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO (FRAY QUEBRACHO) DEL MUNICIPIO DE YACUIBA

CÓDIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/009/2024

En la ciudad de La Paz, a horas 10:00 del día de hoy 26 de septiembre de 2024, en instalaciones de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM, ubicada en la Calle Víctor Sanjinés N° 2678 Zona Sopocachi (Plaza España), Edificio Barcelona, de conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos de la convocatoria correspondiente al proceso de contratación y personal de la entidad se hicieron presentes para llevar a cabo la Reunión de Aclaración del proceso de contratación: **“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN, MORGUE Y LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO (FRAY QUEBRACHO) DEL MUNICIPIO DE YACUIBA”**. La Reunión de Aclaración se desarrolló de la siguiente manera:

I. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación Directa (DBCD), hasta horas 17:00, del día 24 de agosto de 2024, se recibieron consultas escritas de **tres (3) potenciales proponentes** únicamente al correo electrónico institucional consultas@aisem.com.bo, de acuerdo al siguiente detalle:

POTENCIAL PROPONENTE: EQUIPOS Y SERVICIOS CISE S.R.L.

Las consultas escritas fueron remitidas al correo institucional de la AISEM en fecha 24/09/2024 a horas 17:13, desde el correo: licitaciones@cise.com.bo.

ÍTEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
Ítem N° 2: Cámara de Conservación de Cadáveres	1. ¿A qué se refiere con sistema modular?	Se aclara que el sistema modular hace referencia a que a futuro se pueda reacomodar o añadir módulos adicionales, es por ello que la refrigeración es independiente.
	2. ¿Indica sistema modular, eso significa que requieren sistema frigorífico independiente para cada cuerpo? ¿Entonces serian 6 sistemas frigoríficos y 6 motores?	Se aclara que el sistema modular debe almacenar en cada módulo un cuerpo el cual debe contar con control independiente de refrigeración.
	3. Indica Panel frontal y puertas fabricados en acero inoxidable, ¿la cámara ira recubierta en la parte interna como externa en acero inoxidable?	Se aclara que toda la estructura tanto interna como externa debe ser fabricado en acero inoxidable
	4. Indicar como es la camilla con tapa para traslado a morgue	Se aclara que una camilla con tapa es la que cubre el cuerpo en su totalidad del ambiente externo.

ÍTEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
	5. Respecto a la garantía de seriedad de la propuesta (póliza de seguro de caución), ¿debe esta garantía ser emitida exclusivamente por las empresas de seguros?	Conforme lo señalado en el inciso b), parágrafo I, Artículo 14 del Reglamento de Contratación Directa, se aclara que la "Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento" debe ser emitida por una empresa aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente.

POTENCIAL PROPONENTE: MEDI-DENT S.R.L.

Las consultas escritas fueron remitidas al correo institucional de la AISEM en fecha 24/09/2024 a horas 15:17, desde el correo: licitaciones.mr.19@gmail.com.

ÍTEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
Ítem N° 1: Autoclave Horizontal	Un (1) rack con base rodante Se solicita aclaración: El "rack con base rodante" mencionado previamente corresponde al mismo accesorio solicitado en el punto anterior, el cual se incluye como parte del carro de carga y descarga externa. Este rack rodante actúa como un complemento para dicho carro, optimizando su funcionalidad. Imagen referencial: (...)	Se realizará la enmienda correspondiente al punto de ACCESORIOS Y CONSUMIBLES con la siguiente redacción: "Un (1) rack". Se elimina "con base rodante"
	Cuatro (4) filtros para el sistema de osmosis inversa y ablandador de agua Se solicita aclaración: Al solicitar 4 filtros para el sistema de osmosis inversa y ablandador de agua, El equipo utiliza únicamente 2 filtros en la sección de ósmosis inversa y 1 filtro para el ablandador de agua, y los otros se destinarían como repuesto.	Se aclara que la cantidad total requerida son cuatro (4) filtros para el recambio necesario en los sistemas de osmosis inversa y ablandador de agua.
	Garantía de Seriedad de Propuesta: Será por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación directa." MEDI-DENT S.R.L. - Solicita que la garantía de seriedad de propuesta sea por el monto de los ítems presentados	Conforme lo establecido en el DBCD en observancia al inciso a), parágrafo III, artículo 14 del Reglamento de Contratación Directa, que señala: "Será por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación directa.", se aclara que el monto de la Garantía de Seriedad de Propuesta debe cubrir el uno por ciento (1%) del precio referencial del o de los ítems ofertados por el proponente.

POTENCIAL PROPONENTE: IMEMED IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Las consultas escritas fueron remitidas al correo institucional de la AISEM en fecha 24/09/2024 a horas 16:51, desde el correo: emateo@imemed.com.bo.

ÍTEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
ITEM N° 1 AUTOCLAVE HORIZONTAL	Donde dice: 3. Puerta tipo guillotina con apertura automática Solicitamos se pueda analizar el modificar de la siguiente manera: Puerta tipo guillotina o deslizable.	No se acepta la solicitud debido a que la puerta tipo guillotina ofrece mayor seguridad en cuestión al sellado hermético de la cámara interna contra sobrepresiones.



ÍTEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
	<p>Justificación: El tipo de puerta varía de un fabricante a otro, por lo cual se estaría limitando la participación de oferentes al cerrar esta característica a solo tipo guillotina sin tomar en cuenta las mejoras técnicas que se pueda tener con otro tipo de puerta.</p>	
	<p>Donde dice: 5. Estructura de acero inoxidable AISI 316L Solicitamos se pueda analizar el modificar de la siguiente manera: Estructura de acero inoxidable 304. Justificación: El acero inoxidable AISI 316L es utilizado en las estructuras internas como la cámara, para la estructura externa no se requiere dicha calidad ya que esta no está en contacto directo con líquidos y solo recubre las estructuras internas.</p>	<p>Se acepta la solicitud y se realizara la Enmienda con la siguiente redacción</p> <p>"5. Estructura resistente a uso, limpieza y desinfección de material en acero inoxidable o equivalente o superior verificable"</p>
	<p>Donde dice: 7. Panel de control automático Solicitamos se pueda aclarar a que se refieren o que esperan se oferte en este punto.</p>	<p>Se aclara que el panel de control automático hace referencia al sistema que permite a los usuarios gestionar y monitorear las operaciones de la autoclave, tales como: Ajustar parámetros de ciclo, temperatura, presión y tiempo.</p>
	<p>Donde dice: 9. Programas de: - Prueba de fuga de vacío Solicitamos se pueda analizar el modificar de la siguiente manera: 9. Programas de: - Prueba de fuga de vacío o fugas de aire Justificación: Variación de terminología de acuerdo al fabricante.</p>	<p>No se acepta la solicitud debido a que la prueba de vacío consiste en mantener un vacío adecuado y permite observar si hay un aumento de presión, lo cual indicaría una fuga. En cambio, la prueba de fuga de aire se enfoca en detectar la entrada de aire en el sistema durante el ciclo de esterilización. Por lo tanto, ambas pruebas no son equivalentes.</p>
	<p>Donde dice: 9. Programas de: - Termosensibles Solicitamos se pueda eliminar el termino Termosensible o se aclare a que materiales termosensibles se hace referencia. Justificación: Están solicitando una autoclave de alta temperatura por lo cual no existen ciclos para material TERMOSENSIBLE ya que estos deben ser esterilizados a bajas temperaturas.</p>	<p>No se acepta la solicitud debido a que el uso del programa termosensibles estará destinada a la esterilización de materiales tales como: gomas, instrumental de laparoscopia, vidrios, etc.</p>

II. CONSULTAS EN SALA

• POTENCIAL PROPONENTE: ITM

ITEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
ÍTEM N° 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL	<p>14. Con protecciones y alarmas en los sistemas hidráulico, neumático y electrónico, a cualquier falla del equipo ¿Aclarar a que se refiere las alarmas en los sistemas hidráulico, neumático y electrónico?</p>	<p>Se aclara que debe tener un sistema de alarmas hidráulico, neumático y electrónico.</p>
	<p>Certificaciones - Certificaciones internacionales vigentes FDA (Food and Drug Administration) y/o CE (Conformidad Europea) del bien ofertado. Exponga la normativa que respalda la solicitud de certificación que respalda la inclusión o certificaciones internacionales ante la inexistencia de una norma de</p>	<p>Se analizará la solicitud y se responderá por escrito en la Resolución de Aprobación del DBCD.</p>



ITEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
	homologación nacional emitida por la instancia competente.	
	Experiencia del Proponente	
	cinco (5) ventas en equipamiento médico con características similares al ítem solicitado en el sistema de salud público y/o privado, en los últimos tres (3) años. Solicitamos la exclusión del parámetro de Experiencia del Proponente porque afecta a la participación de diferentes empresas.	Se considera la solicitud y se realizará una enmienda con la siguiente redacción " tres (3) ventas en equipamiento médico con características similares al ítem solicitado en el sistema de salud público y/o privado, en los últimos tres (3) años"
	Requieren conocer sobre la normativa técnica aplicada en el presente proceso de contratación	Este proceso se rige al reglamento de Proceso de Contratación directa en el marco del Decreto Supremo No. 3631 de fecha 01 de agosto de 2018 mismo que se encuentra publicado en la página oficial de la AISEM.

• **POTENCIAL PROPONENTE: MEDIQUIP**

ITEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
ÍTEM N° 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL	Plazo de entrega Dice: El plazo de entrega no debe exceder ciento veinte (120) días calendario a partir del día hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato. Se solicita ampliar el plazo a 150 días calendario	Se realizará el análisis correspondiente y se responderá de manera escrita con la Resolución de Aprobación del DBCD.

• **POTENCIAL PROPONENTE: IMEMED**

ITEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
ÍTEM N° 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL	9. Programas de: - Test BOWIE DICK - Prueba de fuga de vacío - Esterilización rápida - Instrumental - Termosensibles - Textiles - Líquidos Aclarar en el punto de líquidos como es el tipo de ciclado o que material es el que quieren esterilizar	Se aclara que el programa de " líquidos " utiliza una temperatura de 121 grados y una presión de 1 Bar.
ÍTEM N° 5: LAVAROPA INDUSTRIAL	9. Velocidad de lavado: 40 rpm o superior. Solicito se considere disminuir el rango de Velocidad de lavado.	Se acepta la solicitud y se realizara la enmienda con la siguiente redacción: "9. Velocidad de lavado: 35 rpm o superior".
ÍTEM N° 7: SELLADOR DE BOLSAS	9. Presión autoajustable Solicito se aclare a que se refiere Presión autoajustable y cual es su función.	Se aclara que la presión autoajustable hace referencia al ajuste automático de acuerdo al tipo de material para evitar el sobre quemado.



- **POTENCIAL PROPONENTE: EQUIPOS Y SERVICIOS CISE SRL.** Sin consultas en sala
- **POTENCIAL PROPONENTE: COSIN LTDA.**

ITEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
ÍTEM Nº 4: LAVADORA DESINFECTADORA	1. Capacidad de 270 Litros o superior Se solicita que se incluya capacidad de 270 Litros u 8 cestas DIN o superior.	Se realizará el análisis correspondiente y se responderá de manera escrita con la Resolución de Aprobación del DBCD.
	2. Panel de control con pantalla táctil. Se solicita añadir "según fabricante"	Se realizará el análisis correspondiente y se responderá de manera escrita con la Resolución de Aprobación del DBCD.
	Experiencia del Proponente El Proponente , deberá acreditar experiencia de haber efectuado mínimamente tres (3) ventas en equipamiento médico con características similares al ítem solicitado en el sistema de salud público y/o privado, en los últimos tres (3) años. Se solicita se considere ampliar "en los últimos tres (3) años".	No se acepta la solicitud, pero se aclara que puede demostrar su experiencia en ventas de equipamiento con ".....características similares al ítem solicitado....."

- **POTENCIAL PROPONENTE: MEDI-DENT S.R.L.**

ITEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
ÍTEM Nº 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES - Un (1) carro de carga y descarga externa - Un (1) rack con base rodante Se solicita aclarar respecto a los dos accesorios se pueda considerar la entrega de ambos en uno solo o ambos completamente diferenciados.	Se aclara que ambos accesorios corresponden a uno solo.
	Certificaciones El proveedor, al momento de la entrega del bien, deberá presentar la siguiente certificación: - Certificación emitida por AGEMED vigente del bien ofertado (original). Se solicita aclarar si se queda el original o solo deberá ser presentado.	Se aclara que el documento se queda con la entidad convocante como respaldo de la entrega del bien.
	Experiencia del Proponente El Proponente , deberá acreditar experiencia de haber efectuado mínimamente cinco (5) ventas en equipamiento médico con características similares al ítem	



ITEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
	solicitado en el sistema de salud público y/o privado, en los últimos tres (3) años.	
	Como documentación de respaldo a presentar adjunto a la propuesta se consideran: acta de recepción o informe de conformidad con su respectivo formulario 500 de SICOES o certificado de cumplimiento de Contrato/Orden de Compra, en caso del sistema de salud privado certificado de cumplimiento de contrato. Se solicita aclarar si un contrato es igual al formulario 500 o al certificado de cumplimiento de Contrato/Orden de Compra	Se aclara que se debe respaldar con acta de recepción o informe de conformidad con su respectivo formulario 500 de SICOES o certificado de cumplimiento de Contrato/Orden de Compra.

- **POTENCIAL PROPONENTE: HANSA LTDA. Sin consulta en sala**

Asimismo, la entidad convocante podrá ajustar el DBCD con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBCD. (Cuando corresponda).

No existiendo más consultas, el Acto de Reunión de Aclaración concluyó a **horas 11:51** del día **26 de septiembre de 2024** y en señal de conformidad, firmamos al pie del presente documento.

Por la AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO:

Maria José Rojas Zabalet
ASISTENTE EN PUESTA
EN MARCHA Y EQUIPAMIENTO
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

José Luis Magne Zarate
TÉCNICO EN PUESTA
EN MARCHA Y EQUIPAMIENTO
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

Lic. Ledy Mariana Chavarría Manes
RESPONSABLE EN CONTRATACIONES
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

Dr. Cesar Rafael Ayala Nogale
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ESTERILIZACIÓN, MORGUE Y LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO (FRAY QUEBRACHO) DEL MUNICIPIO DE YACUIBA"

CODIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/009/2024

Por los potenciales proponentes representantes de las empresas:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	TELEF./CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Yerko Vargas	ITM	70782170	sokuratesu@gmail.com	
2	Leiria Dela P. Carrasco	ITM	72559006		
3	Oscar Rodriguez	MEDIQUIP.	76700075	INFO@MEDIQUIP.COM.BO	
4	Fernando Mercado	IMEMED	65719881	fmercado@gmail.com.bo	
5	Jesús Choque	IMEMED	71531058	jchoque@imemed.com.bo	
6	Joel Callisayo	EQUIPOS Y SERVICIOS CISE S.R.L	77656401	licitacion@cise.com.bo	
7	Enzo Estevez	COSIN LTDA	77281942	enzo.estevez@grupocosin.com	
8	DANNA OJEDA	MEDI-DENTS.RL	67002396	licitaciones.mr.19@gmail.com	
9	Williams Ruiz	HANSA LTDA	72037835	wruiz@hansa.com.bo	
10	<hr/>				