

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO (FRAY QUEBRACHO) DEL MUNICIPIO DE YACUIBA

CÓDIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/015/2024

En la ciudad de La Paz, a horas 10:00 del día de hoy 31 de octubre de 2024, en instalaciones de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM, ubicada en la Calle Víctor Sanjinés N° 2678 Zona Sopocachi (Plaza España), Edificio Barcelona, de conformidad a lo establecido en el cronograma de plazos de la convocatoria correspondiente al proceso de contratación y personal de la entidad se hicieron presentes para llevar a cabo la Reunión de Aclaración del proceso de contratación: **“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO (FRAY QUEBRACHO) DEL MUNICIPIO DE YACUIBA”**. La Reunión de Aclaración se desarrolló de la siguiente manera:

I. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación Directa (DBCD), hasta horas 17:00, del día 28 de octubre de 2024, no se recibieron consultas escritas al correo electrónico institucional consultas@aisem.com.bo ni de forma física a través de ventanilla única.

Sin embargo, en fecha 28 de octubre de 2024, dos (2) potenciales proponentes remitieron al correo electrónico institucional sus consultas fuera de plazo los cuales no serán considerados en las consultas escritas:

- IMPORTADORA GUTIERREZ LTDA., a horas 17:03
- BIOMEDICAL INTERNACIONAL, a horas 18:09

II. CONSULTAS EN SALA

- POTENCIAL PROPONENTE: MIPRO S.R.L.

ITEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
ITEM N° 5 BAÑO MARIA	Dice: 5. Con indicador de nivel de liquido Se solicita se elimine este punto o se modifique de acuerdo a fabricante.	Se considera la solicitud y se realizara la enmienda eliminando el punto: 5. Con indicador de nivel de liquido
	Dice: CONSUMIBLES O REPUESTOS Por equipo: 1 Tapa tejadillo con bisagras No consideramos que esta tapa de tejadillo sea necesario por lo que solicitamos se elimine.	Se analizará y se responderá por escrito con la resolución de aprobación del DBCD.
ITEM N° 6 CABINA DE BIOSEGURIDAD	Dice: PLAZO DE ENTREGA	Se considera la solicitud y se realizara la enmienda con la siguiente redacción:



ITEM	CONSULTAS ESCRITAS	RESPUESTAS
	El plazo de entrega no debe exceder sesenta (60) días calendario a partir del día hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato. Se solicita ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario.	El plazo de entrega no debe exceder noventa (90) días calendario a partir del día hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato.
ITEM N° 11 REFRIGERADOR DE LABORATORIO	Dice: CERTIFICACIONES El Proveedor deberá presentar adjunto a su propuesta en fotocopia simple los siguientes certificados: - Certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 vigente del fabricante del bien ofertado. Se solicita añadir el certificado equivalente al "Certificación ISO 13485", que en este caso se contaría con el certificado ANVISA.	Se analizará y se responderá por escrito con la resolución de aprobación del DBCD.

Asimismo, la entidad convocante podrá ajustar el DBCD con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBCD. (Cuando corresponda).

No existiendo más consultas, el Acto de Reunión de Aclaración concluyó a **horas 10:20 am.** del día **31 de octubre de 2024** y en señal de conformidad, firmamos al pie del presente documento.

Por la AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO:

Jose Luis Magne Zarate
TÉCNICO EN PUESTA
EN MARCHA Y EQUIPAMIENTO
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

Lic. Emerson Paz Contreras
TÉCNICO EN PUESTA
EN MARCHA Y EQUIPAMIENTO
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

Lic. Candy Giovana Alanoca Vicente
PROFESIONAL EN CONTRATACIONES
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MEDICO

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL GRAN CHACO (FRAY QUEBRACHO) DEL MUNICIPIO DE YACUIBA”

CODIGO INTERNO: AISEM/CD/DS/015/2024

Por los potenciales proponentes representantes de las empresas:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	TELEF./CEL.	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diego Ariel Yyra Canaviri	MIPRO SRL	77507729	laboratorio@mipro.com.bo	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

